

# OMRON

## Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический на запястье RS2 (HEM-6161-E) Руководство по эксплуатации

UK CA CE 0197

IM1-HEM-6161-E-06-04/2023

Дата выпуска: 2023-10-24 5681800-0С

All for Healthcare

**Перед использованием прочитайте руководство по эксплуатации.**
**В руководстве по эксплуатации приводится важная информация по безопасности (1).**
**Как настроить наручный измеритель – см. в руководстве по эксплуатации (2).**

**Введение**

Благодаря вас за приобретение прибора RS4 Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматической на запястье. Данный прибор для измерения артериального давления следует использовать на запястье. В данном приборе используется оптоэлектронический способ измерения артериального давления. При нагнетании воздуха в манжету прибор регистрирует пульсацию артериального давения под манжетой. Эти пульсации называются осциллометрическими. Электронный сенсор давления выводит на дисплей цифровые показатели артериального давления.

**Указания по технике безопасности**

В этом руководстве пользователя изложена важная информация о приборе RS4 Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический на запястье. Для безопасного и правильного пользования прибором следует полностью ПРОЧЕСТЬ и ПОНЯТЬ информацию по технике безопасности и эксплуатации. Если у вас возникли сомнения с пониманием этого руководства или имеется какое-либо вопросы, свяжитесь с компанией OMRON через магазин розничных продаж или дистрибутора. Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно конкретных значений своего артериального давления.

**Назначение**

Данное устройство является электронным прибором, разработанным для измерения артериального давления взрослого населения с обхватом запястья от 13,5 до 21,5 см. Прибор определяет наличие нерегулярного сердцебиения во время измерения и отображает соответствующий значок вместе с результатами измерения. Рекомендуется преимущественно для использования в домашних условиях.

**Применя и осмотр**

Достаньте прибор из упаковки и проверьте на предмет наличия повреждений. Если прибор поврежден, НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМ и обратитесь к представителю компании OMRON в магазине розничной торговли или через дистрибутора.

### Важная информация по технике безопасности

Перед использованием прибора ознакомьтесь с разделом Важная информация по технике безопасности в данном руководстве пользователя.

Для вашей безопасности неукоснительно выполняйте инструкции, приведенные в настоящем руководстве пользователя.

Сохраните руководство для использования в будущем. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ относительно конкретных значений вашего артериального давления.

**Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или тяжелым травмам.**

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данный прибор для измерения давления у младенцев, маленьких детей или лиц, имеющих трудности с общением.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно назначать себе лечение на основании показаний прибора для измерения артериального давления. Принимать лекарственные препараты в соответствии с назначением вашего врача. Ставить диагноз и лечить гипертонию может ТОЛЬКО квалифицированный врач.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данный прибор на травмированном запястье или запястье, на котором проводятся лече.

• НЕ НАДЕВАЙТЕ манжету на запястье во время использования капельницы или переливания крови.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор рядом с высокочастотным (ВЧ) хирургическим оборудованием для магнито-резонансной томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ). Это может привести к некорректной работе устройства и/или неправильному считыванию показаний.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ этот прибор в среде, богатой кислородом или вблизи источников горючих газов.

• Проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем использовать прибор, если у вас общая аритмия (например, предсердная экстрасистола, желудочковая экстрасистолия или мерцательная аритмия), атеросклероз, недостаточная перфузия, диабет, беременность, преэклампсия или почечная недостаточность. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что в дополнение к движениям или дрожи пациента любое из указанных состояний может повлиять на показания измерения.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ заниматься самодиагностикой или самолечением на основании полученных показаний. ВСЕГДА консультируйтесь с лечащим врачом.

• Изделие содержит мелкие детали, которые в случае проглатывания могут вызвать у младенцев или маленьких детей опасность удушья.

**Использование элементов питания**

- Храните элементы питания в местах, недоступных для младенцев или маленьких детей.

**Внимание!**

- Прекратите пользование прибором и обратитесь к лечащему врачу при появлении раздражения на коже или ощущении дискомфорта.
- Перед использованием данного прибора на запястье, где есть внутрисосудистый доступ, проводится терапия или установлен артериовенозный шунт, проконсультируйтесь с лечащим врачом, так как это может привести к нарушению кровообращения и травме.
- Проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием этого прибора, если вы перенесли мастэктомию или лимфаденэктомию.

• Если у вас есть серьезное нарушение кровообращения и другие заболевания крови, то перед использованием прибора проконсультируйтесь с лечащим врачом, так как нагнетание воздуха в манжету может привести к образованию кровопотоков.

• НЕ ПРОВОДИТЕ измерения чаще, чем необходимо, так как ввиду нарушенного кровообращения могут образоваться кровоподтеки.

• Нагнетать воздух в манжету разрешается ТОЛЬКО тогда, когда манжета надета на запястье. Если манжета на запястье не надевается во время измерения, снимите ее.

• Используйте прибор ТОЛЬКО для измерения артериального давления.

• Во время проведения измерений убедитесь, что в пределах 30 сантиметров от прибора отсутствуют мобильные устройства или другие электронные устройства, оказывающие электромагнитное воздействие. Это может привести к некорректной работе устройства и/или неправильному считыванию показаний.

• НЕ РАЗБИРАЙТЕ прибор или его компоненты и не пытайтесь осуществить их ремонт. Это может привести к получению неточных показаний.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор в местах с повышенной влажностью или там, где присутствует риск попадания на прибор воды. Это может повредить прибор.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор в движущемся транспорте, например, в машине.

• НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ прибор сильным ударам или вибрациям и НЕ ДОПУСКАЙТЕ его падения.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор в местах с высокой или низкой влажностью, а также при высоких или низких температурах. См. раздел 4.

• Чтобы убедиться, что прибор не ухудшает циркуляцию крови, при проведении измерения следите за запястьем.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ этот прибор в условиях интенсивного применения, например в клиниках или врачебных кабинетах.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данное устройство одновременно с другими электрифицированными медицинскими устройствами (ЗМУ). Это может привести к некорректной работе устройства и/или неправильному считыванию показаний.

• Рекомендуется не принимать ванну, избегать употребления алкогольных напитков или кофеина, курения, физических нагрузок и приема пищи как минимум за 30 минут измерения.

• Перед измерением следует сохранять состояние покоя в течение не менее 5 минут.

• При измерении необходимо снять с запястья плотно прилегающую или толстую одежду и аксессуары.

• В ходе измерения НЕЛЬЗЯ двигаться и разговаривать.

• Использовать прибор разрешается ТОЛЬКО людям с обхватом запястья в пределах указанного диапазона.

• Перед измерением убедитесь, что прибор прогрет до комнатной температуры. Измерение после резкого перепада температуры может привести к получению неточных результатов. Если прибор хранился при максимальной или минимальной температуре хранения, то OMRON рекомендует выждать приблизительно 2 часа, чтобы прибор соответственно прогрелся или охладился до температуры окружающей среды, при которой должно производиться измерение. Дополнительную информацию относительно рабочей температуры и температуры хранения/транспортировки см. в разделе 4.

• НЕ загибайте манжету на запястье слишком сильно.

• Прочитайте рекомендацию «Надлежащая утилизация прибора» в разделе 6 и следуйте им при утилизации устройства и используемых с ним принадлежностей или дополнительных частей.

• Е ИСПОЛЬЗУЙТЕ этот прибор после окончания его срока службы. Обратитесь к разделу 4.

**Использование элементов питания**

• При установке элементов питания ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте полярность.

• Используйте в данном приборе ТОЛЬКО 3 щелочных элемента AAA. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ элементы питания другого типа. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ новые и старые элементы питания совместно. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ совместно элементы питания разных марок.

• Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, выньте элементы питания.

• При попадании электролита из элемента питания в глаза немедленно промойте их большим количеством чистой воды. Немедленно обратитесь к врачу.

• При попадании электролита в глаза немедленно промойте на кожу немедленно промойте кожу большим количеством чистой теплой воды. В случае раздражения, травмы или при сохранении боли обратитесь к врачу.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ элементы питания после истечения их срока годности.

• Периодически проверяйте элементы питания, чтобы убедиться в их исправном состоянии.

• Используйте ТОЛЬКО элементы питания, указанные для данного прибора. При работе с другими элементами питания возможно повреждение и/или выход прибора из строя.

### Общие меры предосторожности

• При измерении давления на правое запястье накладывайте манжету, следуя тем же шагам, которые указаны для левого запястья.

• Артериальное давление на правом и левом запястьях может быть различным, и измеренные значения также могут различаться. OMRON рекомендует всегда проводить измерения на одном и том же запястье. В случае существенного различия между значениями на правом и левом запястье необходимо обратиться к врачу и выяснить, на каком запястье следует выполнять измерения.

• Убедитесь, что манжета на запястье не накрывает выступающую часть лучевой кости на внешней стороне лучезапястного сустава.

• Для остановки измерения однократно нажмите кнопку [START/STOP], чтобы выпустить из манжеты воздух.

• Прибор автоматически выключается через 2 минуты.

• Между измерениями необходимо выждать 2–3 минуты. За время ожидания в артериях снизится давление и они вернуться в состояние, в котором находились до измерения. Возможно, вам придется увеличить время ожидания, так как это зависит от индивидуальных физиологических характеристик.

**Использование элементов питания**

• Элементы питания из комплекта поставки могут иметь более короткий срок эксплуатации, чем новые элементы питания.


• Элементы питания следует утилизировать в соответствии с местными правилами.

### 1. Общие сведения об измерителе

**1.1 Комплект поставки**


Измеритель, 2 щелочных элемента питания AAA, чехол для хранения, руководство по эксплуатации 1 и 2

**1.2 Электронный блок**



a. Манжета на запястье (Обхват запястья от 13,5 до 21,5 см)
b. Дисплей
c. Отсек для элементов питания
d. Кнопка [Память]
e. Кнопка [START/STOP]

**1.3 Символы на дисплее**



|          |   |  |          |
|----------|---|--|----------|
| <b>A</b> | <b>Систолическое артериальное давление</b>  |  |          |
| <b>B</b> | <b>Диастолическое артериальное давление</b>   |  |          |
| <b>C</b> | <b>Индикатор сердцебиения</b><br>Во время измерения мигает индикатор. Появляется в случае систолического артериального давления 135 мм рт.ст. и выше и /или диастолического артериального давления 85 мм рт.ст. и выше.   |  | <b>E</b> |
| <b>D</b> | <b>Индикатор правильной фиксации манжеты (ОК)</b><br>Появляется при правильной фиксации манжеты на запястье во время измерения. Он также появляется при просмотре предыдущих измерений.   |  | <b>F</b> |
| <b>E</b> | <b>Индикатор излишне свободной фиксации манжеты</b><br>Появляется во время измерения при неправильном закреплении манжеты на запястье. Он также появляется при просмотре предыдущих измерений.  |  | <b>G</b> |
| <b>F</b> | <b>Индикатор памяти</b><br>Появляется при просмотре сохраненных прибором показаний.   |  | <b>H</b> |
| <b>G</b> | <b>Индикатор аритмии</b><br>Появляется вместе с результатами в случае обнаружения 2-х или более нарушений ритма во время измерения. Нерегулярный ритм сердцебиения – это ритм, который на 25 % меньше или больше среднего ритма, определенного при измерении артериального давления прибором. При повторном появлении индикатора рекомендуем обратиться к лечащему врачу и следовать его указаниям. |  | <b>I</b> |
| <b>H</b> | <b>Индикатор низкого заряда элемента питания</b><br>Мигает при низком заряде элементов питания  |  |          |
| <b>I</b> | <b>Индикатор разряженного элемента питания</b><br>Появляется, когда элементы питания разряжены.   |  |          |
| <b>H</b> | <b>Индикатор декомпрессии</b><br>Появляется во время декомпрессии.  |  |          |
| <b>I</b> | <b>Значение частоты пульса / Номер ячейки памяти</b><br>Частота пульса является показ. измерения.   |  |          |
|          | При нажатии кнопки  пришло на одну секунду на дисплее появляется номер ячейки памяти перед отображением частоты пульса.   |  |          |

**Указания по лечению артериальной гипертонии ESH/ESC\*, 2013 г.**

Определение гипертонии при измерении уровня артериального давления в кабинете врача и при измерении артериального давления дома

|                                      |                         |                 |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                      | <b>В кабинете врача</b> | <b>Дома</b>     |
| Систолическое артериальное давление  | ≥ 140 мм рт.ст.         | ≥ 135 мм рт.ст. |
| Диастолическое артериальное давление | ≥ 90 мм рт.ст.          | ≥ 85 мм рт.ст.  |

Эти пределы взяты из статистических данных по мониторингу артериального давления.

\* Европейское общество гипертонии (ESH) и Европейское кардиологическое общество (ESC).

**⚠ Предупреждение!**

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ заниматься самодиагностикой или самолечением на основании полученных показаний. ВСЕГДА консультируйтесь с лечащим врачом.

### 2. Сообщения об ошибках и устранение неисправностей

При возникновении в ходе измерения любой из нижеперечисленных проблем прежде всего убедитесь, что в радиусе 30 см нет другого электрического прибора. Если проблема остается, см. таблицу ниже.

| <b>Индикатор на дисплее / Проблема</b>                               | <b>Возможная причина</b>  | <b>Устранение</b>  |
|--|---|--|
| <br><b>E1</b> появляется на дисплее или манжета не нагнетает воздух. | Манжета на запястье наложена неправильно.   | Правильно разместите манжету на запястье и повторно проведите измерение. См. раздел 2 в руководстве по эксплуатации 2.   |
| <br><b>E3</b> появляется   | Утечка воздуха в манжете на запястье.   | Обратитесь к представителю компании OMRON в магазине розничной торговли или через дистрибутора.  |
| <br><b>E4</b> появляется   | Давление в манжете превысило 300 мм рт.ст.  | При выполнении измерения не прикасайтесь к манжете.  |
| <br><b>E5</b> появляется   | Вы двигались или разговаривали во время измерения. Измеренно мешают вибрации.   | Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения.  |
| <br><b>E6</b> появляется   | Неправильное определение частоты пульса.  | Правильно разместите манжету на запястье и повторно проведите измерение. См. раздел 2 в руководстве по эксплуатации 2. Не двигайтесь и сохраните правильную позу во время измерения.   |
| <br><b>E7</b> появляется   | Если индикатор  продолжает появляться, рекомендуем обратиться к лечащему врачу.   | Если индикатор  продолжает появляться, обратитесь к представителю компании OMRON в магазине розничной торговли или через дистрибутора.   |
| <br><b>E8</b> появляется   | Сбой прибора.   | Рекомендуется замена обоих элементов питания 2 новыми щелочными элементами питания. См. раздел 1 в руководстве по эксплуатации 2.  |
| <br><b>E9</b> появляется   | Низкий уровень заряда элементов питания.  | Рекомендуется замена обоих элементов питания 2 новыми щелочными элементами питания. См. раздел 1 в руководстве по эксплуатации 2.  |
| <br><b>E10</b> появляется  | Элементы питания разряжены.   | Срочно замените оба элемента питания 2 новыми щелочными элементами питания. См. раздел 1 в руководстве по эксплуатации 2.  |
| <br><b>E11</b> появляется  | Элементы питания полностью разряжены.   | Срочно замените оба элемента питания 2 новыми щелочными элементами питания. См. раздел 1 в руководстве по эксплуатации 2.  |
| <br><b>E12</b> появляется  | Не соблюдена полярность при установке элементов питания.  | Проверьте правильно ли установлены элементы питания. См. раздел 1 в руководстве по эксплуатации 2.   |
| <br><b>E13</b> появляется  | Артериальное давление постоянно меняется. На артериальное давление может влиять множество факторов, включая стресс, время для и/или способ наложения манжеты на запястье. См. раздел 7 в данном руководстве и разделы с 2 по 4 в руководстве по эксплуатации 2. | Артериальное давление постоянно меняется. На артериальное давление может влиять множество факторов, включая стресс, время для и/или способ наложения манжеты на запястье. См. раздел 7 в данном руководстве и разделы с 2 по 4 в руководстве по эксплуатации 2.  |
| <br><b>E14</b> появляется  | Отображение слишком высоким или слишком низким результатов.   | Нажмите кнопку [START/STOP], чтобы выключить прибор, после чего нажмите ее еще раз, чтобы прервать измерение. Если проблема сохраняется, выньте все элементы питания на 30 секунд. Затем установите элементы питания обратно. Если ошибка продолжает появляться, обратитесь к представителю компании OMRON в магазине розничной торговли или через дистрибутора. |
| <br><b>E15</b> появляется  | Возникновение других проблем.   | Нажмите кнопку [START/STOP], чтобы выключить прибор, после чего нажмите ее еще раз, чтобы прервать измерение. Если проблема сохраняется, выньте все элементы питания на 30 секунд. Затем установите элементы питания обратно. Если ошибка продолжает появляться, обратитесь к представителю компании OMRON в магазине розничной торговли или через дистрибутора. |

### 3. Уход

**3.1 Уход**

Для защиты прибора от повреждения соблюдайте следующие правила:

• Внесение в прибор изменений или модификаций, не одобренных производителем, приведет к аннулированию гарантии.

### ⚠ Внимание!

• НЕ РАЗБИРАЙТЕ прибор или принадлежности и не пытайтесь осуществить их ремонт. Это может привести к получению неточных показаний.

### 3.2 Хранение

Если прибор не используется, храните его в чехле.

• Храните прибор в чистом и безопасном месте.

• Не храните тонометр:

- Во влажном состоянии.
- В месте хранения подверженном воздействию высоких температур, влажности, действию прямых солнечных лучей, пыли или едких паров (например, дезинфицирующего раствора);
- В местах, подверженных действию вибрационных или ударных нагрузок.

### 3.3 Очистка

• Не используйте абразивные или летучие чистящие средства.

• Для очистки прибора и манжеты используйте мягкую сухую ткань или мягкую ткань, смоченную нейтральным мыльным раствором, затем протрите прибор сухой тканью.

• Не мойте и не погружайте прибор или манжету в воду.

• Не используйте для очистки прибора и манжеты бензин, растворители и аналогичные растворители.

### 3.4 Калибровка и обслуживание

• Точность данного прибора для измерения артериального давления была тщательно проверена и сохраняется в течение длительного времени.

• Рекомендуем проверить точность измерения и правильность работы прибора каждые два года. Обратитесь к официальному дилеру OMRON или в отдел обслуживания клиентов OMRON по адресу, указанному на упаковке или в сопроводительном документании.

|  |   |
|--|---|
| <b>4. Технические характеристики</b>                 |   |
| Категория изделия                                    | Электронный сфигмоманометр  |
| Наименование   | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический на запястье                             |
| Модель (код)   | RS2 (HEM-6161-E)  |
| Дисплей  | Цифровой ЖК-дисплей   |
| Диапазон давления в манжете                          | 0–299 мм рт.ст.   |
| Диапазон измерений артериального давления            | SYS: 60–260 мм рт.ст. DIA: 40–215 мм рт.ст.   |
| Диапазон измерений частоты пульса                    | 40—180 ударов/мин.  |
| Пределы допустимой погрешности прибора при измерении | Давление: ±3 мм рт.ст. Пульс: ±5 % от показания на дисплее  |
| Компрессия   | Автоматическая, осуществляется электрическим насосом  |
| Декомпрессия   | Автоматическая скоростная   |
| Метод измерения                                      | Осциллометрический  |
| Режим эксплуатации                                   | Непрерывный режим   |
| Классификация степени защиты оболочки                | IP 22   |
| Параметры источника питания                          | Пост. ток 3 В 3,0 Вт  |
| Источники питания                                    | 2 щелочных элемента AAA на 1,5 В  |
| Срок службы элементов питания                        | Приблизительно 300 измерений (при использовании новых щелочных элементов питания)                         |
| Ресурс (срок службы)                                 | 5 лет   |
| Условия эксплуатации                                 | При температуре от +10°C до +40°C, относительной влажности 15–90% (без конденсата), давлении 800-1060 гПа |
| Условия хранения/транспортировки                     | При температуре от -20°C до +60°C, относительной влажности 10–90% (без конденсата)                        |
| Масса  | прибл. 85 г без элементов питания   |
| Размеры  | прибл. 84 мм (ширина) × 62 мм (высота) × 21 мм (длина) (не включая манжету на запястье)                   |
| Допустимый обхват запястья                           | от 13,5 до 21,5 см  |
| Память   | Сохраняет до 30 результатов измерения   |
| Комплект поставки                                    | Измеритель, чехол для хранения, 2 щелочных элемента питания AAA, руководство по эксплуатации 1 и 2.       |
| Защита от поражения электрическим током              | Оборудование ME с внутренним питанием   |
| Рабочая часть аппарата                               | Тип BF (манжета на запястье)  |
| Максимальная температура накладываемой на тело части | Не выше +48°C   |

**Примечания**

- Эти технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В ходе клинического валидационного исследования для определения диастолического артериального давления прибор К5 использовали 85 человек.
- Прибор прошел клинические испытания в соответствии с требованиями EN ISO 8106-2:2014 и соответствует EN ISO 8106-2:2014 и EN ISO 81060-2:2019+A1:2020.
- Классификация степени защиты прибора соответствует стандарту IEC 60529. Прибор снабжен защитой от внешнего повреждения твердыми предметами диаметром 12,5 мм и более (например, пальец), а также от боковых водяных брызг, которые могут вызывать проблемы при нормальной эксплуатации.
- Этот прибор не был валифицирован для использования беременными пациентками.
- В случае серьезного инцидента, связанного с данным прибором, сообщите об этом производителю уполномоченному органу в вашей стране.

### 5. Ограниченная гарантия

Благодаря за приобретение изделия компании OMRON. Этот прибор изготовлен из высококачественных материалов с предельной осторожностью. Он способен удовлетворить любые ваши потребности при условии надлежащей эксплуатации и технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации.

Компания OMRON предоставляет на это изделие гарантию сроком 5 лет с момента покупки. Компания OMRON гарантирует надлежащее качество конструкции, изготовления и материалов этого изделия. В течение гарантийного срока компания OMRON будет осуществлять ремонт или замену неисправного устройства или любых неисправных деталей без оплаты стоимости работы или деталей.

Гарантия не покрывает следующие случаи:

A. Расходы и риск транспортировкой.
B. Расходы на ремонт и/или неисправности, связанные с выполнением ремонта неуполномоченными лицами.
C. Периодические проверки и обслуживание.
D. Неисправность или износ дополнительных запасных частей или других принадлежностей помимо основного прибора, если это явно не указано в гарантии.
E. Расходы, связанные с отказом в принятии иска (за них будет взыматься плата).
F. Возмещение любого ущерба, включая liability, полученного в результате неправильного использования изделия.

G. Гарантия не покрывает услуги по калибровке.
В случае необходимости гарантийного обслуживания обращайтесь к представителю, у которого был приобретено изделие, или к уполномоченному дистрибутору компании OMRON. Адрес дистрибутора можно найти на упаковке изделия или в инструкциях. При проблемах с обращением в отдел обслуживания клиентов компании OMRON обращайтесь к нам за информацией: [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com)

Гарантийный ремонт или замена изделия не подразумевают расширение или возобновление гарантийного периода.
Гарантия предоставляется только в случае возврата изделия в полной комплектации вместе с оригинальным счета-фактурой/чека, выданного клиенту розничным торговцем.

### 6. Условные обозначения и сертификационные данные

• Данный прибор для измерения артериального давления спроектирован в соответствии с европейским стандартом EN1060 «Неинвазивные сфигмоманометры», часть 1 «Общие требования и часть 3: «Дополнительные требования для электромеханических систем измерения артериального давления».

• Данное изделие OMRON изготовлено в условиях применения системы строгого контроля качества компании OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Япония. Датчик давления — главный компонент приборов для измерения артериального давления компании OMRON — изготавливается в Японии.

**Важная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС)**

HEM-6161-E производится OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. соответствует требованиям стандарта ЭМС электромагнитной совместимости (ЭМС) EN60601-1:2015.
Дальнейшая документация по соответствию стандарту ЭМС доступна на веб-сайте [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com). Информация о соответствии стандарту ЭМС для HEM-6161-E доступна на веб-сайте.

**Надлежащая утилизация прибора (использованное электрическое и электронное оборудование)**

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы.

Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки. Данный прибор не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.

По вопросу утилизации элементов питания обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть элементы питания для экологически безопасной переработки. Данный прибор





1

2

3

4




Illustration showing a hand holding a device correctly, marked with a green checkmark.

3








Illustration showing a hand holding a device incorrectly, marked with a red prohibition sign.

Illustration showing a hand holding a device incorrectly, marked with a red prohibition sign.

Illustration showing a person sitting at a table with feet on the table, marked with a red prohibition sign.

Illustration showing a person sitting at a table with hands on the table, marked with a red prohibition sign.

4



1






Illustration showing a finger pressing a button labeled "START" and "STOP".






Viewing the Readings Stored in Memory / Affichage des relevés stockés dans la mémoire / Anzeige der gespeicherten Werte / Visualizzazione delle misurazioni conservate in memoria / Visualización de las lecturas almacenadas en la memoria / In het geheugen opgeslagen metingen bekijken / Просмотр сохраненных результатов измерений / Hafizada Saklanan Değerlerin Görüntülenmesi / عرض القراءات المخزنة في الذاكرة



Deleting All Readings Stored in Memory / Suppression de tous les relevés stockés en mémoire / Löschen aller gespeicherten Werte / Eliminazione di tutte le misurazioni conservate in memoria / Eliminación de todas las lecturas almacenadas en la memoria / Alle in het geheugen opgeslagen waarden wissen / Удаление всех сохраненных значений / Hafizada Saklanan Tüm Değerlerin Silinmesi / حذف كافة القيم المخزنة بالذاكرة



Symbols description / Description des symboles / Beschreibung der Anzeigesymbole / Descrizione dei simboli / Descripción de los símbolos / Beschrijving van symbolen / Описание символов / Simgelerin tanımları / وصف الرموز

|       |   |
|-------|---|
|       | Applied part - Type BF : Degree of protection against electric shock (leakage current)<br>Partie appliquée - Type BF : Degré de protection contre les chocs électriques (courant de fuite)<br>Anwendungsteil - Typ BF : Schutz vor Stromschlägen (Ableitstrom)<br>Parte applicata - Tipo BF : Grado di protezione contro le scosse elettriche (corrente di dispersione)<br>Partes en contacto, tipo BF : Grado de protección contra descarga eléctrica (corriente de fuga)<br>Toegepast onderdeel - type BF : Beschermingsgraad tegen elektrische schokken (lekstroom)<br>Рабочая часть типа BF : Степень защиты от поражения электрическим током (ток утечки)<br>Uygulanan kısım - Tip BF : Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi (kaçak akım)<br>الجزء الملامس لجسم المريض - النوع BF : درجة الحماية ضد الصدمة الكهربائية (تسرب التيار الكهربائي) |
|       | Indicates the correct positioning for the monitor on the wrist. Measurable wrist circumference<br>Indique le positionnement correct du tensiomètre sur le poignet. Circonférence du poignet mesurable<br>Gibt die richtige Position des Messgeräts am Handgelenk an. Messbarer Handgelenksumfang<br>Indica il posizionamento corretto del monitor sul polso. Circonferenza del polso misurabile<br>Indica la colocación correcta del monitor en la muñeca. Circunferencia medible de la muñeca<br>Duidt de correcte positie van de meter op de pols aan. Meetbare polsomtrek<br>Показывает правильное размещение прибора на запястье. Допустимый обхват запястья<br>Ölçüm cihazının bileğe nasıl doğru şekilde takılacağını gösterir. Ölçülebilir bilek çevresi<br>يشير إلى موضع جهاز القياس على المعصم محيط معصم قبيل القياس                           |
| IP XX | Ingress protection degree provided by IEC 60529 / Degré de protection IP fourni par la norme IEC 60529 /<br>Eindringerschutz gemäß IEC 60529 / Grado di protezione ingresso secondo IEC 60529 /<br>Grado de protección IP proporcionado por IEC 60529 / Binnendringingsbeschermingsgraad voorzien door IEC 60529 /<br>Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (МЭК 60529) IEC 60529 /<br>IEC 60529 tarafından sağlanan giriş koruması derecesi /<br>تم الحصول على درجة الحماية من دخول الأجسام الغريبة حسب المعيار IEC 60529   |
| CE    | CE Marking / Marquage CE / CE-Kennzeichnung / Marcatura CE / Mercado CE / CE-merkteken /<br>Знак соответствия директиве CE / CE İşareti /<br>"علامة المطابقة لمعايير الجودة والسلامة والأمان الأوروبية"<br>CE   |
| UK CA | UKCA marking / Marquage UKCA / UKCA-Kennzeichnung / Marchio UKCA / Mercado UKCA / UKCA-markering /<br>Знак соответствия требованиям для Великобритании / UKCA İşareti / UKCA-علامة  |
| SN    | Serial number / Numéro de série / Seriennummer / Numero di serie / Número de serie / Seriennummer / Серийный номер /<br>Seri numarasi / الرقم التسلسلي  |
| UDI   | Unique device identifier / Identifiant unique de l'appareil / Eindeutige Gerätekennung / Identificatore univoco del dispositivo /<br>Identificador único del producto / Unieke apparaat-id / Уникальный идентификатор изделия / Benzersiz cihaz tanımlayıcısı /<br>معرف الجهاز الفريد   |

|  |   |
|--|---|
|  | Medical Device / Dispositif médical / Medizinprodukt / Dispositivo medico / Productio sanitario / Medisch hulpmiddel /<br>Медицинское изделие / Tibbi Cihaz / الجهاز الطبي  |
|  | Temperature limitation / Limite de température / Temperaturbegrenzung / Limite di temperatura /<br>Limitación de la temperatura / Temperatuurbegrenzing / Температурный диапазон / Sıcaklık sınırlaması /<br>حدود درجة الحرارة المقبولة   |
|  | Humidity limitation / Limite d'humidité / Luftfeuchtigkeitsbegrenzung / Limite di umidità / Limitación de la humedad /<br>Vochtigheidsbegrenzing / Диапазон влажности / Nem sınırlaması / حدود الرطوبة المقبولة   |
|  | Atmospheric pressure limitation / Limite de pression atmosphérique / Luftdruckbegrenzung /<br>Limite di pressione atmosferica / Limitación de la presión atmosférica / Luchtdrukbegrenzing /<br>Ограничение атмосферного давления / Atmosfer basıncı sınırlaması / حدود الضغط الجوي المناسب   |
|  | Need for the user to consult this instruction manual.<br>L'utilisateur doit consulter ce mode d'emploi.<br>Der Benutzer muss die Gebrauchsanweisung lesen.<br>L'utente deve consultare il presente manuale di istruzioni.<br>Es necesario que el usuario consulte este manual de instrucciones.<br>Noodzaak voor de gebruiker om deze gebruiksaanwijzing te raadplegen.<br>Пользователю необходимо обратиться к руководству по эксплуатации.<br>Kullanıcı bu kullanim kilavuzuna başvurmalıdır.<br>ينبغي على المستخدم أن يرجع إلى كتيب التعليمات. |
|  | Battery / Pile / Batterie / Batteria / Pila / Batterij / Элемент питания / Pil / بطارية   |
|  | Direct current / Courant continu / Gleichstrom / Corrente diretta / Corriente continua / Gelijkstroom /<br>Постоянный ток / Doğru akım / تيار مباشر   |
|  | Date of manufacture / Date de fabrication / Herstellungsdatum / Data di produzione / Fecha de fabricación /<br>Productiedatum / Дата изготовления / Üretim tarihi / تاريخ التصنيع   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Manufacturer</b><br>Fabricant<br>Hersteller                        | <b>Produttore</b><br>Fabricante<br>Fabrikant  | <b>Производитель</b><br>Üretici<br>تصنيعاً في تركيا                        | <b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b><br>53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,<br>617-0002 JAPAN<br>شركة امرون هيلث كير المحدودة<br>53 كونوتسوبو، ترادو-شو<br>موكو، كيوتو<br>اليابان 617-0002   |
| <b>EU-representative</b><br>Mandatire dans l'UE<br>EU-Repräsentant    | <b>Rappresentante per l'UE</b><br>Representante en la UE<br>Vertegenwoor dinging in de EU | <b>Представитель в ЕС</b><br>AB temsilcisi<br>ليتمثلنا في هولندا           | <b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b><br>Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,<br>THE NETHERLANDS<br>www.omron-healthcare.com   |
| <b>Importer in EU</b><br>Importateur dans l'UE<br>Importeur in der EU | <b>Importatore per l'UE</b><br>Importador en la UE<br>Importeur in de EU                  | <b>Импортер в ЕС</b><br>AB' deki ithalatçı<br>المستورد في الاتحاد الأوروبي |   |
| <b>Production facility</b><br>Site de production<br>Produktionsstätte | <b>Productiefaciliteit</b><br>Stabilimento di produzione<br>Planta de producción          | <b>Производственное</b><br>подразделение<br>Üretim Tesisi<br>جيتاملا فاشنه | <b>OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING</b><br><b>VIETNAM CO., LTD.</b><br>No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore<br>Industrial Park II, Binh Duong<br>Industry-Services-Urban Complex,<br>Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City,<br>Binh Duong Province, Vietnam  |
| <b>Subsidiaries</b><br>Succursales<br>Niederlassungen                 | <b>Consociate</b><br>Empresas filiales<br>Dochterondernemingen                            | <b>Филиалы</b><br>Yan Kuruluşlar<br>فروعنا في تركيا                        | <b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b><br>Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes,<br>MK15 0DG, UK<br>www.omron-healthcare.com/distributors<br><b>OMRON MEDIZINTECHNIK</b><br><b>HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b><br>www.omron-healthcare.com/distributors<br><b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b><br>www.omron-healthcare.com/distributors |

|                             |                                     |                               |  |                      |            |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|------------|
| Issue Date<br>Uitgiftedatum | Date de publication<br>Дата выпуска | Ausgabedatum<br>Teslim Tarihi | Data di pubblicazione<br>تاريخ الإصدار | Fecha de publicación | 2022-11-01 |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|------------|

Made in Vietnam  
Fabriqué en Vietnam  
Hergestellt in Vietnam  
Prodotto in Vietnam  
Fabricado en Vietnam

Reproduceerd in Vietnam  
Сделано во Вьетнаме  
Vietnam'da Üretilmiştir  
صنع في فيتنام